



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานขอซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณและราคากลาง ๓,๐๔๔,๐๕๐.-บาท (สามล้านสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) นั้น


เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามแนวทางการประกาศฯ ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายบุหงศ์ คำจวง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใข้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ .. กองสาธารณสุข.....
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร. ๓,๐๔๔,๐๕๐บาท (-สามล้านสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน-)
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..ราคาตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ..... เรื่อง. รายการอุปกรณ์. วัสดุอะไหล่. ในการบำบัดโรค. และข้อบ่งชี้. ระดับจังหวัด. พ.ศ.๒๕๖๔. และราคาตาม ท้องตลาด
๕.๑	บริษัท เมดิคอล เอ็กซ์เพอร์ทิส จำกัด
๕.๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยั่งยืน
๕.๓	บริษัท ทีที เมดิคอล ซัพพลาย 2020 จำกัด
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖.๑	นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๖.๒	นางนันท์สินี ทุมชะ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๖.๓	นางสาวศิริรัตน์ ละดาพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนันท์สินี ทุมชะ)
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ ละดาพงษ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียดแบบท้ายราคากลางจัดหาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน ๑๐ รายการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร


ลำดับ	รายการ	จำนวนไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
วัสดุทางการแพทย์					
๑	<p>เกจ์ออกซิเจน</p> <p>รายละเอียด ดังนี้</p> <p>ลักษณะ : เป็นชุดปรับแรงดันออกซิเจน ปรับแรงดันไว้ที่ ๕๐ psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ตัวเรือนทำจากทองเหลืองชุบโครเมียมทั้งสองด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน แบบมาตรฐาน CGA ๕๔๐ มีฟิลเตอร์ที่ปลายข้อต่อ - มีตัวกรองฝุ่นละออง - หน้าปัดเกจ์ออกซิเจนแสดงความดันภายในถึง ตั้งแต่ ๐ ถึง ๓,๕๐๐ psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) พร้อมอักษรเตือน USE NO OIL - มีชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Flowmeter) - สามารถปรับอัตราการไหล ๐ ถึง ๑๕ ลิตรต่อนาที ได้สูงสุด ๖๐ ลิตรต่อนาที <p>Calibrated at ๒๐C and psi</p> <ul style="list-style-type: none"> - โพลีมิเตอร์ความถูกต้อง ±๑๐% - ขวดน้ำให้ความชื้น (Humidifier) ทำด้วยวัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styene (ABS) ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร มีขีดแสดงระดับน้ำต่ำสุด สูงสุด - สายแคนนูล่า (Cannula) สำหรับต่อเข้ากับขวดน้ำให้ความชื้นหรือข้อต่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิตยอมรับ - เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน <p>ข้อบ่งชี้ : สำหรับปรับแรงดันออกซิเจน (Oxygen regulator)</p>	๑๖ อัน	๑,๕๐๐	๒๔,๐๐๐	-

(Handwritten signature)

ลำดับ	รายการ	จำนวนไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๒	เก้าอี้สุขา รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม ที่รองนั่งทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ที่นั่งกระชับมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร มีลูกยางป้องกันการลื่น ทั้ง ๔ ขา เป็น ของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ สำหรับใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่าย	๘๔ ตัว	๑,๘๕๐	๑๕๕,๕๐๐	-
๓	Walker รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน มั่นคง ยกได้ - มีขนาดความสูงจากพื้นถึงมือจับไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ความกว้างของฐานจากด้านซ้ายไปขวา ไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร ความกว้างของฐานจาก ขาด้านหน้าไปหลังไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร - ยึดติดโครงด้วยน็อตหรือทุกเหล็กฝังด้านใน และ ยึดด้วยท่อนอลูมิเนียมค้ำกลางและตัวยูด้านล่างเพื่อ ความมั่นคง แข็งแรง - บริเวณมือจับมีวัสดุหุ้มเพิ่มความกระชับและ ทนทาน - มีลูกยางป้องกันการลื่น สวมที่ปลายขาทั้ง ๔ ขา - เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยฝึกเดิน สำหรับผู้ป่วยที่หัดเดินหรือช่วยพยุง	๒๐๐ อัน	๗๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-
๔	ไม้เท้า ๑ ปุ่ม รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว สามารถปรับระดับสูง ต่ำได้โดยเลื่อนสปริง มีช่องสำหรับรองรับปุ่มล็อก บริเวณมือจับมีวัสดุหุ้มเพิ่มความกระชับและ ทนทาน มีลูกยางสวมที่ปลายขาของไม้เท้าเพื่อ ป้องกันการลื่น เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับผู้ พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	๒๓๕ อัน	๑๙๐	๔๔,๖๕๐	



ลำดับ	รายการ	จำนวนไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๕	ไม้เท้า ๔ ปุ่ม รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างโลหะชุบโครเมียม สามารถปรับระดับสูงต่ำได้โดยเลื่อนสปริง มีช่องสำหรับรองรับปุ่มล็อก ฐานไม้เท้าแยก เป็นส่วนปลาย ๔ ขา มีฉนวนผลิตด้วยพลาสติก หรือ PVC มีความมั่นคง ไม้บิดหมุน มีลูกยาง สวมที่ปลายของของไม้เท้าทั้ง ๔ ขา เพื่อ ป้องกันการลื่น เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เพื่อไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	๘๐ อัน	๖๐๐	๔๘,๐๐๐	-
๖	สายออกซิเจน canular รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : ใช้สำหรับอัตราการไหลของ ออกซิเจน ๑-๖ ลิตร/นาที สายเล็ก ๆ ที่นำ ออกซิเจนควรอยู่ลึกในจมูกประมาณ ๑ ซม. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้สำหรับให้ ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย	๔๐๐ เส้น	๑๐๐	๔๐,๐๐๐	



ลำดับ	รายการ	จำนวนไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
๗	<p>เครื่องผลิตออกซิเจน รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : เครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้บำบัดทางการแพทย์ สามารถเคลื่อนย้ายง่าย เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน</p> <ul style="list-style-type: none">- ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติกแข็งแรง ปลอดภัย- ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ x ๒๕ x ๕๐ ซม. น้ำหนัก ๑๗.๕ กิโลกรัม- มีล้อและหูหิ้ว สะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย- หน้าจอ LCD แสดงเวลาการทำงานเครื่องสะสม, เวลาที่ตั้งปิด, โหมดการทำงาน- มีไฟแสดงสถานะ ๓ ตำแหน่ง (การทำงานเครื่องปกติ , แรงดันลมต่ำกว่ามาตรฐาน , ความเข้มข้นของออกซิเจน)- สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ระหว่าง ๐.๕-๕ ลิตร/นาที- ความเข้มข้นของออกซิเจนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ %- แรงดันออกของออกซิเจนสูงสุด ๓๐-๖๐ kPa- ระดับเสียงการทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๖๐ เดซิเบลเอ- ใช้ไฟกระแสสลับ ๑๑๐-๒๒๐V <p>ข้อบ่งชี้: เพื่อใช้สำหรับให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย</p>	๓๕ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	



ลำดับ	รายการ	จำนวน ไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๘	เตียงนอน ๓ โกร์ รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างเตียงทำด้วยโลหะที่มีความ แข็งแรง เคลือบสารป้องกันสนิม และพ่นสีทับ - ทำงานแบบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมท คอนโทรล - พนักหัวเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย สามารถปรับ ได้ ๓ ระดับ คือ ระดับความสูงต่ำของเตียง ระดับหัว เตียง และระดับปลายเท้า - มีระบบล็อกล้อ แบบอิสระ ๔ ล้อ (Independent brake castor) - ขนาดของเตียงกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร - มีที่แขวนขวดสารคัดหลั่ง อย่างน้อย ๔ อัน - เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : สำหรับผู้ป่วยติดเตียง	๕๐ เตียง	๒๙,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	
๙	เครื่อง Suction รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว ตัวเครื่อง น้ำหนักรวมไม่เกิน ๕ กิโลกรัม คอมเพรสเซอร์เป็น ชนิด Diaphragm หรือ Piston เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้ มาก่อน - มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ ๐ ถึง ๐.๘ บาร์ หรือไม่ น้อยกว่า ๐ ถึง ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) - มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับได้สูงสุด ๕๖๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) - มีชุดบรรจุเสมหะและระบบป้องกันเสมหะในขวด ล้นเข้าเครื่อง - เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : สำหรับดูดเสมหะ	๓๐ เครื่อง	๕,๕๐๐	๑๖๕,๐๐๐	



ลำดับ	รายการ	จำนวน ไม่น้อยกว่า	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
๑๐	รถเข็นนั่งเด็กพิการ รายละเอียด ดังนี้ ลักษณะ : โครงสร้างรถเข็นทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม พนักพิงและพนักพิงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร ที่พนักพิงสามารถพับได้ สามารถปรับความ สูงต่ำของแกนที่วางเท้าได้เหมาะสมกับผู้ป่วย มี อุปกรณ์พยุงเท้าตก มีที่วางแขน ที่ห้ามล้อ (Wheel Lock) เป็นชนิดแกนสั่นติดอยู่ที่ ๒ ข้างของรถนั่ง เป็น ของใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน ข้อบ่งชี้ : เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กใช้สำหรับเคลื่อนที่	๑๗ คัน	๖,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)				๓,๐๔๔,๐๕๐	-

หมายเหตุ : เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเจษฎุมพงษ์ ธนเดชาพิทักษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนันท์สินี ทุมชะ)
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ ละดาพงษ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ